

INSTALLATEUR

N° de dépannage :

Tampon de l'installateur

Marketing et communication winncare groupe – création : juillet 2023 - Création graphique : © Creamand Studio

CONFORMITÉ



Conforme au Règlement (UE) 2017/745
et à la norme CEI 60601-2-52+A1

(exigences particulières de sécurité de base et de performances essentielles des lits médicaux)

Dispositif Médical de classe I

Environnements d'application : 1, 2, 3, 5



Produit fabriqué
en France

